



统一社会信用代码:	91510100577361679K
项目编号:	CDSHCJCJSYXGS12543-0003

检测报告

报告编号 A2230368586109003C

第 1 页 共 5 页

项目名称 2023 年度环境监测项目（9 月）雨水

委托单位 遂宁川能能源有限公司

委托单位地址 四川省遂宁市船山区龙凤镇石桥村 2 组 79 号

检测类别 委托检测

报告日期 2023 年 09 月 19 日

成都市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No. 479094CD0C

报 告 说 明

报告编号: A2230368586109003C

第 2 页 共 5 页

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由客户提供, 仅供参考。
6. 除客户特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

成都市华测检测技术有限公司

联系地址: 成都市高新区新盛路 32 号

邮政编码: 610041

电话: 028-85325707

传真: 028-86283211

编 制: 李翠琴

签 发: 王勇

审 核: 唐甜

签发人姓名/职务: 王勇/实验室负责人

采 样 地 址: 四川省遂宁市船山区
龙凤镇石桥村 2 组 79 号

签 发 日 期: 2023/09/19

检 测 结 果

报告编号: A2230368586109003C 第 3 页 共 5 页

表 1 雨水

样品信息				
采样日期		2023.09.08	检测日期	2023.09.08~15
检测结果				单位: mg/L
检测项目		结果		污水排入城镇 下水道水质标准 GB/T 31962-2015 表 1 B 级
		初期雨水收集池		
		2023.09.08 15:19		
		无色、透明、无异味、无浮油		
pH 值（无量纲）		8.3		6.5~9.5
化学需氧量		12		500
悬浮物		10		400
氨氮		2.02		45
总磷		0.24		8
五日生化需氧量 （BOD ₅ ）		2.2		350
六价铬		ND		0.5
汞		ND		0.005
铬		0.00058		1.5
锰		0.0341		5
镍		0.00137		1
铜		0.00210		2
锌		0.113		5
砷		0.00222		0.3
镉		0.00006		0.05
铅		0.00151		0.5
烷基汞	甲基汞	ND		---
	乙基汞	ND		
注：1. “ND” 表示检测结果小于检出限。				
2. “---” 表示 GB/T 31962-2015 表 1 B 级标准中未对该项目作限制。				
结论：				
参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 B 级标准，本次检测时段内烷基汞检测项目在该参照标准中未作限制，不予评价，其余检测项目均符合该参照标准限值要求。				

检 测 结 果

报告编号: A2230368586109003C

第 4 页 共 5 页

表 2 检测方法及主要仪器信息

雨水			单位: mg/L
检测项目	检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/ (无量纲)	便携式双通道多参数 分析仪 HQ40D (TTE20187318)
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	50mL 棕色酸式滴定管 (EDD19JL21051)
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	电子天平 MS205DU (TTE20176174)
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20161045A)
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01	紫外可见分光光度计 UV-1800PC (TTE20178071)
五日生化需氧量 (BOD ₅)	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5	溶解氧仪 JPSJ-605F (TTE20222608)
六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004	紫外可见分光光度计 UV-7504 (TTE20131341)
汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	0.00004	双通道原子荧光 光谱仪 BAF-2000 (TTE20224265A)
铬	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.00011	电感耦合等离子体 质谱仪 NexION 350X (TTE20151922)
锰		0.00012	
镍		0.00006	
铜		0.00008	
锌		0.00067	
砷		0.00012	
镉		0.00005	
铅		0.00009	

检 测 结 果

报告编号: A2230368586109003C

第 5 页 共 5 页

接上表:

检测项目		检测方法与方法来源	检出限	主要仪器 (名称、型号及编号)
烷基汞	甲基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法 GB/T 14204-1993	0.000010	气相色谱仪 GC-2010plus (TTE20110315)
	乙基汞		0.000020	

报告结束